



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

ГУЗ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора N 1 ФУ "Медбиоэкстрем"
(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МБ.02.940.М.000116.12.03 ОТ 23.12.2003 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Производство, продажа и техническое обслуживание на генератор рентгеновский среднечастотный РАПАН 120/2000 (ТТР 133 ТУ).

ФГУП ВНИИА им. Н. Л. Духова, 127055, г. Москва, Сушевская ул., д. 22, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФГУП ВНИИА им. Н. Л. Духова, 127055, г. Москва, Сушевская ул., д. 22, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.799-99 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99), СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) п. 5.3.4 "Нормы радиационной безопасности", СП 2.6.1.1282-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", ОСП-72/87 № 2120-87 "Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Протоколы испытаний № 189-03 от 01.07.2003 г., № 301-2/03 от 01.07.2003 г., сертификат соответствия Госстандарта России, протокол № 78-10/02-2003 измерений мощности дозы.



Заключение действительно до 23.12.2008 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

